



1 1450

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Despacho GAB/SMS nº 002/2019


PROCESSO: 002230/2018

ASSUNTO: Pregão nº 067/2018 – Aquisição de equipamentos laboratoriais para atender demanda da Secretaria da Saúde

Sirvo-me do presente para informar que o Microscópio Biológico Binocular marca BIOFOCUS BIO 1600BA-L-BAT ofertado pela empresa I.S. Central Telemedicina no pregão nº 067/2018 não atende a especificação prevista no termo de referência.

Atenciosamente,

Piracanjuba, 30 de janeiro de 2019.


Jaqueline Gonçalves Rocha de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Modelo: BIO1600BA-L-BAT

MARCA: BIOFOCUS

Características:

Microscópio Biológico Siedentopf, Binocular, Aumento de até 1600x com 04 Objetivas Acromáticas

Características

Cabeçote Binocular Rotação de 360°

Oculares WF10x e WF16x

Lentes Objetivas Acromáticas [4x, 10x, 40xs, 100xs (Imersão)]

Ampliação Máxima de Até 1600x

Iluminação LED

Cabeçote com Inclinação de 30° (Tipo Siedentopf)

Tambor de Objetivas Quádruplo

Ajuste de Distância Interpupilar de 55 à 75mm

Condensador Abbe na 1,25

Diafragma Tipo Íris com Filtro

Plataforma Plana Ajustável 115x125mm

Acompanha o equipamento

01 Corpo com estativa e base compensada;

01 Tubo binocular 30°, Tipo Siedentopf;

01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro);

01 Objetiva 4x (0,10) acromática;

01 Objetiva 10x (0,25) acromática;

01 Objetiva 40x (0,65) retrátil acromática;

01 Objetiva 100x (1,25) retrátil de imersão acromática; Com trava que evita a quebra de lâminas;

02 oculares WF 10x e 02 oculares WF 16x;

01 Filtro azul 32 mm diâmetro;

01 Lâmpada de LED;

01 Fusível de proteção;

01 Frasco de óleo de imersão;

01 Embalagem de Isopor e papelão;

01 Manual de instruções em português.