

Ao Ilustre Sr. Pregoeiro do Setor de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA – GOIÁS**

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08, sediada à Rua 104, n.º 74, Setor Sul, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.083-300 (**Doc. 02**), vem, por intermédio de sua procuradora que esta subscreve (**Doc. 01**), com fundamentos no Art. 24 do Decreto de n.º 10.024, apresentar seu

ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 49/2023

I. DOS FATOS

Nos termos do que se observa do edital em referência, **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo menor preço por item, o certame tem como finalidade **1.1 A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, PARA ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR – NÚMERO DA PROPOSTA 01753.396000/1200-03, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, DESTE EDITAL.**

Senhores, ao analisarmos a descrição do item 11 – “CARDIOVERSOR ” , notamos a necessidade de fazermos um esclarecimento.

É percebido que o termo de referência, está incompleto, deixando de elencar itens de extrema importância para o conjunto e a usabilidade do equipamento, permitindo que empresas ofertem um produto incompleto sem a presença de partes fundamentais para o uso ou equipamentos de baixa qualidade com mínimas funções assim não atendendo a necessidade do nosso paciente.

O termo não descreve por exemplo, tamanho mínimo de tela, tempo adequado para administrar o choque, especificações dos modos, tempo de bateria, entre outras sugestões se fazem necessárias para que haja um aproveitamento maior do recurso público, visto que com o valor estimado, pode-se adquirir equipamentos de altíssima qualidade.

Logo, sugerimos que se inclua algumas especificações, “Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida” , acessório que facilita a operação do médico com rapidez e eficácia;

“Deve permitir a carga de energia(200J) em até 4 segundos com a bateria totalmente carregada”; quanto menor o tempo de carga mais rápido é a assistência do médico ao paciente, evitando riscos futuros ao paciente;

“Captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação devem utilizar o mesmo conector. ”facilitando a agilidade de uso do operador, assim após uma desfibrilação consegue assistir o ECG com rapidez sem a troca de eletrodos;

“Deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria;” quando falamos de cardioversor temos como necessidade ter um equipamento sempre pronto para uso, com testes em dia, assim não falhando no ato do uso, evitando intercorrências desagradáveis, com essa função o operador conseguira visualizar na tela frontal do equipamento se o mesmo está apto para o uso em uma emergência;

“Bateria recarregável de íon lítio com autonomia mínima para 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Baterias com fácil remoção para trocas podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento, as mesmas deve possuir leds de indicação do nível da carga. Deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria) igual ou superior a IP44; deve pesar 6kg (+/- 10%) com a bateria instalada. O equipamento deve estar enquadrado na norma EN1789, ou, IEC 68-2-32. ” A bateria é um ponto de extrema importância pois tem como função manter o uso e proporcionar uma autonomia e agilidade no uso.

Essas sugestões estão presentes dados que traz uma segurança ao paciente e melhor avaliação do quadro do mesmo, assim nivelando a ampla concorrência e um equipamento de melhor condição. Por se tratar de um desfibrilador, temos que saber todos parâmetros necessários para suprir a demanda e podermos aproveitar este recurso.

Agradeço a compreensão e aguardo a melhoria do termo de referência publicado.

II. DO PEDIDO

Ante o exposto, REQUER seja recebido o presente pedido de Esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 49/2023 para que sejam esclarecidos os pontos referentes as especificações dos itens elencados acima para a aquisição de equipamentos com as tecnologias necessárias no atendimento eficiente para os fins solicitados e também para que se eleve o nível dos produtos que pleitearão a concorrência.

*Termos em que
Pede e espera deferimento.*

Goiânia, 12 de julho de 2023.



HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08

p.p Jackeline Teodora Coelho RG: 685.950 SSP/TO CPF: 015.305.151-57