

esclarecimento\_PE 043/2023\_PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO\_Abertura\_26-06-23

Licitações Proscience <licitacoes@proscience.com.br>

Qui, 15/06/2023 15:02

Para:licitacaopiracanjuba@hotmail.com <licitacaopiracanjuba@hotmail.com>

 1 anexos (514 KB)

EDITAL\_Prego\_Eletrnico\_n\_43.2023.pdf;

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento:

Item 9: Sistema de eletroforese

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente às especificações técnicas do produto solicitado.

1) No termo de referência é mencionado "4 modelos de pentes". Gostaríamos de saber qual o número de dentes deve possuir cada pente.

2) No termo de referência é mencionado "Fonte de alimentação de tensão 300 V". A fonte de alimentação deve acompanhar a fonte de eletroforese? Ou seja, o item é composto de cuba de eletroforese mais fonte de alimentação de 300 V?

O esclarecimento é de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do equipamento adequado.

No aguardo.

Atenciosamente,

**PROSCIENCE**

Produtos para Laboratórios

**EMILY MATOS**  
**DEP. LICITAÇÕES**

[licitacoes@proscience.com.br](mailto:licitacoes@proscience.com.br)

R. Santa Mônica, 820 - Bloco B

Parque Industrial San José

Cotia-SP | 06715-865

11 3197-2867

Piracanjuba, 15 de junho de 2023.

**DESPACHO**

Do Gabinete da Secretária Municipal de Saúde

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


A par de cumprimentá-lo sirvo do presente para enviar a Vossa Senhoria, o esclarecimento da Empresa **PROSCIENCE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO**, referente ao Pregão Eletrônico 043/2023—Processo Administrativo nº 143589/2023, do Item nº 09.

Esclarecimento do Item 09-

“No termo de referência é mencionado “4 modelos de pentes”. Gostaríamos de saber qual o número de dentes deve possuir cada pente”- **10 dentes**.

“No termo de referência é mencionado “Fonte de alimentação de tensão 300 V”. A fonte de alimentação deve acompanhar a fonte de eletroforese? Ou seja, o item é composto de cuba de eletroforese mais fonte de alimentação de 300 V?” **Sim**.


Sem mais para o momento, despedimo-nos.

  
*Fernando de Paula Dias*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 093/2022

**Fernando de Paula Dias**  
Secretária Municipal da Saúde  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**RECEBEMOS**

na data 16/06/23 às 08:47 hrs

  
Departamento de Licitação