



PREGÃO N.00069/2018

RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITEM - PREGÃO

LOTE: 5574 - Contratação de empresa apta a fornecer equipamentos médicos hospitalares e labor							
ÍTEM	PRODUTO	UN	MARCA	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Amnioscópio: composição com 03 pontas, sendo P: 170x25x09mm, M: 190x25x13mm e G: 210x25x17mm, material esterilizável. Bateria embutida e recarregável, acompanha carregador bivolt, ou conversor que permite o uso de energia elétrica 220V, com lâmpada de led	UN	MD	GOIASMED EIRELI ME	1,0000	995,0000	995,0000
4	Autoclave Horizontal de Mesa mínimo de 21 litros (até 75 litros) -câmera de esterilização - aço inoxidável-- modo de operação/ Digital- capacidade- de 75 litros- acessórios- não possui	UN	STERMAX	GOIASMED EIRELI ME	6,0000	2.440,0000	14.640,0000
8	Biombo plumbífero: especificação Espessura mínimo de 02 mm. Tipo curvo, Estrutura em aço ou alumínio.	UN	KONEX	GOIASMED EIRELI ME	2,0000	2.500,0000	5.000,0000



PREGÃO N.00069/2018

RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITEM - PREGÃO

LOTE: 5574 - Contratação de empresa apta a fornecer equipamentos médicos hospitalares e labor							
ÍTEM	PRODUTO	UN	MARCA	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Bomba de Infusaomicroprocessado, com dispositivo peristaltico linear, vazao de infusao programavel na faixa de 01 a 999,9 ML/H (com incremento de no minimo 0,1 ML/H), com taxa de KVO de no minimo 01 ML/H conforme vazao. Com tempo de infusao de 1 minuto a 99 horas, com volume total de infusao que abranja a faixa de 01 ML a 999,9 ML, com reprogramacao sem a interrupcao da infusao. Com indicacao do medicamento administrado na tela. Funcionamento com equipos dedicados. Com alarmes visuais e sonoros de- A) oclusao de fluxo, B) ar na linha, C) infusao completa, D) bateria com carga baixa e/ou descarregada, E) tampa aberta, F) fluxo livre, G) bolha de ar, H) KVO I) ligado na rede, J) equipo mal posicionado. Com bateria com autonomia de no minimo 4 horas de duracao em qualquer modo de vazao, tipo de alimentacao- 110 e/ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento), frequencia 60 Hz. Devera acompanhar cada equipamento- A) Kit com 100 (cem) equipos dedicados.	UN	LEFMED	GOIASMED EIRELI ME	1,0000	4.899,0000	4.899,0000



PREGÃO N.00069/2018

RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITEM - PREGÃO

LOTE: 5574 - Contratação de empresa apta a fornecer equipamentos médicos hospitalares e labor							
ÍTEM	PRODUTO	UN	MARCA	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Coluna retrátil: Especificação Técnica Coluna Retrátil para salas de cirurgia com saídas para gases, vácuo e tomadas elétricas; Construído em chapa de aço com pintura epóxi ou alumínio anodizado ou cromatizado com pintura eletrostática a pó; Com largura de 400 mm e espessura de 25 mm aproximadamente e altura: 2100 mm (aberta), 1720 mm (retraída); Saída para gases mínima de : 02 (dois) oxigênio, 02 (dois) ar comprimido e 01 (um) vácuo, 01 (um) ponto de Oxido Nitroso; Deve também possuir mínimo 05 pontos de tomadas elétricas padrão para 110V ou 220V, seguindo normas ABNT	UN	J MORYA	GOIASMED EIRELI ME	2,0000	5.000,0000	10.000,0000
29	Dea desfibrilador externo automático: especificação Acessório(s) 1 eletrodo Bateria mínimo de 200 choques Tela de ecg: possui	UN	CMOS DRAKE	GOIASMED EIRELI ME	2,0000	5.990,0000	11.980,0000
30	Dea desfibrilador externo automático: especificação Acessório(s) 1 eletrodo- Bateria mínimo de 250 choques-Tela de ecg: possui-rçp não possui	UN	CMOS DRAKE	GOIASMED EIRELI ME	1,0000	5.950,0000	5.950,0000
32	Eletrocardiógrafo: especificação Número de canais 12 Bateria interna possui; tela lcd :não possui Memória: possui Suporte com rodízios: não possui Laudo interpretativo: possui Software para exame em computador: não possui Acessórios: no mínimo 01 cabo de ECG	UN	BIONET	GOIASMED EIRELI ME	4,0000	4.950,0000	19.800,0000
39	Estufa de secagem: especificação Material de confecção aço inoxidável Temperatura até 250°C: possui Porta possui Capacidade de 81 até 100 l	UN	BENFER	GOIASMED EIRELI ME	3,0000	2.000,0000	6.000,0000



PREGÃO N.00069/2018

RELAÇÃO DE VENCEDORES POR ITEM - PREGÃO

LOTE: 5574 - Contratação de empresa apta a fornecer equipamentos médicos hospitalares e labor							
ÍTEM	PRODUTO	UN	MARCA	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	Incubadora de Transporte Neo Natal- Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Paracheque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão rem	UN	FANEM	GOIASMED EIRELI ME	1,0000	25.649,0000	25.649,0000
TOTAL					23,0000		104.913,0000
TOTAL GERAL					23,0000		104.913,0000

RESUMO FORNECEDOR(ES) VENCEDOR(ES)

CÓDIGO	FORNECEDOR
212156	GOIASMED EIRELI ME
LOTE/ÍTEM: 1/1, 1/4, 1/8, 1/10, 1/25, 1/29, 1/30, 1/32, 1/39, 1/42	