



## Esclarecimentos - Processo 034/2025 - MUNICIPIO DE PIRACANJUBA

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/10/2025 12:57	Solicitamos esclarecer, com relação ao item 250 – Teste Bowie Dick, será aceito o fornecimento de Teste Bowie Dick em pacote que não seja em não-tecido mas que apresente como material poroso, folhas de papel e também atenda a ISO 11140-5 ? Agradecemos o breve retorno.		Não há arquivo anexado.
	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. - 30597921000144		licitacao@is8.com.br / (11) 3565-7705

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

---

SAVIO VIANA DA SILVA  
PIRACANJUBA-GO - 24/10/2025

Gerado em: 24/10/2025 15:13:51