

**À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIRACANJUBA – GO.**

**ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.014.621/0001-49, sediada à quadra ACSO 11 (103 S), Rua de Pedestre, SO 11, conj. 3, lote 47, s/n, sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, CEP: 77015034, vem, com fundamentos na Lei n.º 14.133/21, e legislação correlata, interpor

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

Em face da decisão de classificação das empresas: 1ª colocada - **M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita CNPJ sob o n.º. 32.593.430/0001-50; 2ª colocada - **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita CNPJ sob o n.º. 33.068.320/0001-32; 3ª colocada - **HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita CNPJ sob o n.º. 36.764.774/0001-36; 4ª colocada - **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita CNPJ sob o n.º. 37.885.137/0001-80; 5ª colocada - **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita CNPJ sob o n.º. 40.618.304/0001-31; 6ª colocada - **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, inscrita CNPJ sob o n.º. 54.647.123/0001-48; 7ª colocada - **COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita CNPJ sob o n.º. 32.644.237/0001-00, para o item 06 – Monitor Multiparametrico, no Pregão Eletrônico nº 32/2024 da Prefeitura Municipal de Piracanjuba, através do Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás.

**I. BREVE RESUMO**

Este recurso administrativo tem o condão de apontar as ilegalidades constantes na classificação do Pregão Eletrônico n.º 32/2024 do Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás.

Abaixo explicitaremos ponto a ponto a não conformidade com o Edital e com o solicitado em Termo de Referência em relação à classificação do certame, bem como o grave desrespeito aos princípios da Licitação.

## II. DAS RAZÕES RECURSAIS

### 2.1. DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

É de conhecimento geral que a licitação realizada pela Administração Pública, como é o caso do Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás, possui em sua cadeia estrutural a legislação e seus princípios norteadores.

A Constituição Federal prevê, no seu artigo 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do Princípio da Isonomia e da Competitividade assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições.

Por igual, os princípios estão dispostos no artigo 5º, da Lei nº. 14.133/2021, certifiquemos:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

A Lei de Improbidade Administrativa destaca no seu texto que todos os agentes públicos têm o dever de velar pela observância dos princípios da Administração Pública, *in verbis*:

Art. 4º - **Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** no trato dos assuntos que lhe são afetos. (Lei nº 8.429/92).

O entendimento dos Tribunais de Justiça é ratificado quanto a impossibilidade de classificação de empresas que não atendem aos termos do Edital, sendo certo que eventual decisão de classificação das empresas incorrerá em nulidade da decisão:

DUPLO GRAU DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRA ASFÁLTICA. **NÃO ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE.** NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - **Em sede de licitação não configura a hipótese de violação a direito líquido e certo, ensejadora de mandado de segurança, a desclassificação de licitante que não atendeu aos requisitos do edital, estabelecidos de forma clara e objetiva.** II - Uma vez previsto no edital que a denominada “DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA”, deverá ser apresentada pelo engenheiro Responsável Técnico pela obra licitada, com as qualificações técnicas previstas em item anterior, apresentada dito documento por outro profissional, não detentor de tais qualificações técnicas, tem-se por não atendidos os requisitos previstos, situação que, por si só, enseja a desclassificação do vencedor. III - Dita desclassificação prescinde, inclusive, de recurso dos demais licitantes, tendo em vista que, **por força do princípio da “vinculação” que orienta o processo licitatório, tanto os licitantes quanto a Administração ficam vinculados aos termos do edital que constitui a lei interna da licitação.** REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAÇÃO 345402-30.2009.8.09.0021, Rel. DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª CAMARA CÍVEL, julgado em 29/06/2010, DJe 639 de 12/08/2010) (Grifo Nosso)

Conforme pode ser observado acima, é dever do Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás, garantir a observância aos princípios expostos acima, destacando os Princípios da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Igualdade, da Competitividade e da Probidade.

O Princípio da Isonomia e a licitação são indissociáveis, vez que o papel principal da licitação é ocorrer de maneira isonômica, garantindo os mesmos direitos e critérios para todos os participantes, sem nenhuma distinção entre eles.

Por sua vez, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório preza pelo atendimento total da exigência editalícia, isto é, todo e qualquer documento apresentado pelas empresas licitantes devem estar adstritos aos termos do Instrumento Convocatório, não cabendo uma interpretação extensiva dos documentos apresentados, devendo o julgamento ser objetivo.

Isso significa que o Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás está vinculado às regras por ele criadas, além do fato de que nada pode ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. Logo, não pode o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto no Edital, é por essa razão que a doutrina diz que o edital é a lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada.

Ocorre que no caso em tela, os referidos princípios não foram atendidos, por ofensa às especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

É inaceitável que justamente quem rege todas as regras editalícias e preceitua todas as exigências quanto às especificações técnicas presentes no edital, aceite de bom grado a eminente violação do mesmo. É dever do Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás respeitar o que foi estabelecido no Instrumento Convocatório, não podendo se esquivar das regras preestabelecidas.

Os referidos Princípios não podem ser considerados como mera prerrogativa legal, que podem ser facilmente descartados ou deixados de lado, muito pelo contrário, devem ser tratados com o devido respeito e importância, vez que além de estarem atrelados a lei, possuem também vinculação doutrinária e jurisprudencial.

Portanto, cabe ao Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba – Goiás zelar com afincos pelos referidos princípios, respeitando o que foi estabelecido pelo Instrumento Convocatório, vez que este é o que rege todo o trâmite licitatório, bem como irá validar toda a fase contratual. Cabe mencionar que também não se trata em momento algum de excesso de formalismo por parte desta empresa, vez que com fulcro nos artigos expostos acima, bem como com base em todos os princípios aduzidos, cabe à Administração atuar sempre embasada nas cláusulas presentes no Instrumento Convocatório, sem margem para interpretações extensivas ou restritivas, seguindo puramente o que está disposto nos itens constantes no Edital e Termo de Referência, conforme será abordado no tópico a seguir.

## **2.2. DO NÃO ATENDIMENTO ÀS CARACTERÍSTICAS DISPOSTAS EM EDITAL**

Em análise às características do Edital, notou-se que as empresas classificadas como vencedoras do item 06 – Monitor Multiparamétrico, não atendem às especificações requisitadas, conforme será demonstrado abaixo ponto a ponto, em análise feita por profissional qualificado.

### 2.2.1. DA 1ª COLOCADA

**EMPRESA: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**

**MARCA: CMOS DRAKE**

**MODELO: RUAH**

É solicitado no Termo de Referência: “Monitor Multiparamétrico de Cabeceira, tela de no mínimo 14 polegadas”.

Entretanto o modelo ofertado pela marca *Cmos Drake* possui tela de 12,1 polegadas. Por consequência não atende a solicitação como demonstrado abaixo:

O Monitor de Sinais Vitais Portátil Multiparamétrico, modelo David, apresenta um design industrial inovador, um tamanho reduzido e uma fonte de alimentação AC/DC. Ele é equipado com uma alça e bateria de lítio carregável incorporada para a conveniência do movimento dos pacientes.

Este equipamento pode ser usado para monitorar, principalmente, os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo (SpO<sub>2</sub>), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Integra a função do módulo de medição de parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de impacto. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação. Quatro formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na interface de exibição com alta resolução.

Este monitor de sinais vitais possui as seguintes características:

- ☞ Uma tela de 12,1" com cores reais, ângulo de visão amplo e visor LCD de alto brilho;
- ☞ Interface de exibição operacional simples e fácil de usar;
- ☞ A bateria de lítio recarregável interna de grande capacidade proporciona conveniência para a movimentação dos pacientes;
- ☞ Função de reprodução e navegação para formas de onda de longo prazo e o registro de dados do monitor;
- ☞ Função de saída de impressão opcional, impressão ativada por alarme;
- ☞ Alarme duplo automático com sinais sonoros e visíveis;
- ☞ Um display de ECG multicanal com cabo-eletrodo de sincronismo total.

### INDICAÇÃO DE USO

- ☞ O Monitor David é adequado para monitoramento adulto, infantil e neonatal.
- ☞ Os usuários podem escolher diferentes configurações de parâmetros de medição de

**2.2.2. DA 2ª COLOCADA****EMPRESA: ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI****MARCA: CREATIVE****MODELO: K15**

A empresa ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, apresentou proposta que contém cópia integral do descritivo/termo de referência do edital PE 32/2024, de modo que incorreu em infração à legislação licitatória. Tal conduta configura vício insanável na proposta, ensejando a sua inabilitação. A cópia integral do Termo de Referência demonstra a falta de diligência da empresa em elaborar uma proposta original e adequada às exigências do certame, o que a torna inidônea para a contratação.

Monitor multiparametrico de cabeceira, tela de no minimo 14 polegadas, com ecg, respi-racao, temperatura (dois canais), oximetria de pulso, pressao nao invasiva, pressao invasiva (dois canais), possibilidade de expansao para debito cardiaco, capnografia e monitoracao de gases anesteticos. - deve ser composto de tela de resolucao minima de 1024x768 pontos, com display colorido, tela plana, lcd de matriz ativa ou tft de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no minimo 6 (seis) curvas e todos os dados alfanumericos disponiveis; - cada monitor multiparametrico deve ter capacidade de monitorar e processar no minimo 10 (dez) parametros, armazenando-os por no minimo 24 horas e apresenta-los em forma de curvas de tendencia com resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; - devera possuir interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central demonitoracao; - o modelo ofertado deve ser modular, de forma a permitir a troca, insercao, retirada de modulos pelo usuario; - deve ter possibilidade de selecao do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao na tela; - possuir alarmes audiovisuais; - deve armazenar na memoria as faixas de alarme selecionadas mesmo apos desligar o equi-pamento; - deve possuir rotinas de auto-teste e calibracao; - apresentar os menus e mensagens em portugues (brasil); - o monitor deve suportar descarga de desfibrilador e apresentar rapida recuperacao; - bateria recarregavel com autonomia minima de 60 minutos. - os parametros pre-configurados ou modulares que devem acompanhar cada monitor deve permitir as seguintes monitoracoes: ecg, respiracao, temperatura (dois canais), oximetria de pulso, pressao nao invasiva, pressao invasiva (dois canais). - o monitor deve possuir compatibilidade com modulos de capnografia, debito cardiaco e monitoracao de gases anesteticos, para eventuais expansoes futuras, de forma que seja pos-sivel acrescentar essas funcoes ao monitor somente encaixando os modulos. Deve possuir espaco para encaixe de dois modulos. Caso seja necessario rack para expansao para compor-tar os modulos adicionais, o rack deve ser entregue junto com o equipamento. - 1 - ecg e respiracao compatibilidade minima com cabos de 3 e 5 vias; derivacoes selecao-naveis: i, ii, iii, avr, avl, avf e v; aviso de falha no contato dos eletrodos; deteccao de mar-ca-passo; protecao para desfibrilacao e eletrocirurgia; ajuste de ganho (mv); velocidades de varredura ajustaveis minimas de 25 a 50 mm/segundo; faixa de medicao com indicacao no display de menor ou igual a 30 bpm ate valores maiores ou iguais a 250 bpm com erro ma-ximo nao superior a mais ou menos 5 bpm; frequencia respiratoria com indicacao no display na faixa cujo limite inferior seja 6 (seis) rpm (respiracao por

<b>Prezados Senhores,</b> A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. <b>Dados Gerais da empresa:</b> <b>Razão Social:</b> Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda <b>CNPJ:</b> 33.068.320/0001-32 - <b>LE nº</b> 90806293-16 <b>Endereço:</b> Rua Graça Aranha, nº 875, Brãço 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020 <b>Telefone:</b> (41) 3699-4237 <b>e-mail:</b> asclepioshospitalares@uol.com.br <b>Dados para assinatura de Atas e Contratos:</b> <b>Sócia-Proprietária:</b> Patrícia Bach <b>CPF:</b> 031.309.619-84 <b>RG:</b> 7.749.742-0/SESP-PR <b>Dados Bancários:</b> <b>Banco do Brasil</b> <b>Caixa Econômica Federal</b> <b>Banco Bradesco</b> <b>AG nº 1622-5</b> <b>AG 1630</b> <b>AG 01205</b> <b>C/C: 20.327-0</b> <b>C/C: 3085-9</b> <b>C/C: 14344-8</b>					
PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO
					TOTAL
06	1	UND	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA, TELA DE NO MINIMO 14 POLEGADAS, COM ECG, RESPIRACAO, TEMPERATURA (DOIS CANAIS), OXIMETRIA DE PULSO, PRESSAO NAO INVASIVA, PRESSAO INVASIVA (DOIS CANAIS), POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA DEBITO CARDIACO, CAPNOGRAFIA E MONITORACAO DE GASES ANESTESICOS. - DEVE SER COMPOSTO DE TELA DE RESOLUCAO MINIMA DE 1024X768 PONTOS, COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD DE MATRIZ ATIVA OU TFT DE ALTO CONTRASTE, AMPLA VISIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE NO MINIMO 6 (SEIS) CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMERICOS	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ K15/ 80901110026	15.581,00  15.581,00
			DISPONIVEIS; - CADA MONITOR MULTIPARAMETRICO DEVE TER CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR NO MINIMO 10 (DEZ) PARAMETROS, ARMAZENANDO-OS POR NO MINIMO 24 HORAS E APRESENTA-LOS EM FORMA DE CURVAS DE TENDENCIA COM RESOLUCAO DE PELO MENOS 1 (UM) MINUTO; - DEVERA POSSUIR INTERFACE DE REDE, COM CAPACIDADE DE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL A UMA CENTRAL DEMONITORACAO; - O MODELO OFERTADO DEVE SER MODULAR, DE FORMA A PERMITIR A TROCA,		

Imagens retiradas do termo de referência e proposta da ASCLÉPIOS

Além disso, transcrever as especificações do edital (ou fazendo referência de que as atende integralmente), torna a proposta indeterminada, justamente porque não identifica com precisão o que será entregue no momento da execução.

### **2.2.3. DA 3ª COLOCADA**

**EMPRESA: HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**

**MARCA: CONTEC**

**MODELO: CMS9000**

É solicitado no Termo de Referência: “Copia do registro anvisa deve ser apresentada copia do registro do equipamento emitido pela agência nacional de vigilância sanitária - anvisa”.

A empresa ofertou monitor multiparâmetro sem o registro ativo na ANVISA, conforme exigido no Termo de Referência. Essa irregularidade impede a aceitação da proposta, uma vez que todos os equipamentos desse tipo devem possuir registro na agência.

## Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA- ME		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.760.277/0001-61	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.989-7
Nome do Dispositivo Médico	MONITOR DE PACIENTE		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Monitor de Sinais Vitais		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80298970173		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Invalido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<a href="#">25351.352395/2020-26</a>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR</li> </ul>		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/05/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/05/2022 <span>Vencido</span>		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	<a href="#">MANUAL DO USUARIO - CMS 8000.pdf</a>	4131632/21-7 - 19/10/2021 - 05:41
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	<a href="#">MANUAL DO USUARIO - CMS 9000.pdf</a>	4131632/21-7 - 19/10/2021 - 05:41
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	<a href="#">MANUAL DO USUARIO - CMS 6000.pdf</a>	4131632/21-7 - 19/10/2021 - 05:41
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	<a href="#">MANUAL DO USUARIO - CMS 7000.pdf</a>	4131632/21-7 - 19/10/2021 - 05:41

Imagem retirada do site da ANVISA

### 2.2.4. DA 4ª COLOCADA

**EMPRESA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
**MARCA: GENERAL MEDITECH**
**MODELO: G3G**

É solicitado no Termo de Referência: “MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA, TELA DE NO MINIMO 14 POLEGADAS” e “RESOLUCAO MINIMA DE 1024X768 PONTOS”.

Embora o Termo de Referência solicite equipamentos com tela de no mínimo 14 polegadas e resolução de 1024x768, o modelo ofertado possui tela de 10,4 polegadas e resolução de 640x480. Consequentemente não atende a solicitação como demonstrado abaixo:

**ESPECIFICAÇÕES DO HARDWARE**

Mostrador	
Tipo	Color TFT LCD
Tamanho	8.4 inches (diagonal, G3H, G3E)
	10.4 inches (diagonal, G3C/G3F/G3G)
	12.1 inches (diagonal, G3D/G3N-G6A)
	15' inches (diagonal, G3L/G3A, G6B)
Resolução	640×480 pixels (G3C/G3E/G3F/G3G/G3H)
	800×600 pixels (G3D/G3N, G6A)
	1024x768 pixels (G3L/G3A , G6B)

239

Imagem retirada do manual do modelo G3G - página 239

**2.2.5. DA 5ª COLOCADA****EMPRESA: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****MARCA: CREATIVE****MODELO: K-15**

É vedada a cópia integral do descritivo do edital nas propostas. A análise da proposta da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA demonstra a cópia integral do item 6 do edital, o que configura infração à legislação.

Reiteramos que transcrever as especificações do edital configura uma proposta incompleta, imprecisa e indeterminada. Essa situação dificulta a comparação entre as propostas e aumenta o risco de a Administração adquirir um produto que não atenda às suas necessidades.

Além disso, apresentou o modelo K12, enquanto no cadastro do sistema eletrônico consta o modelo K15. Essa divergência impede a correta identificação do objeto da proposta e prejudica a avaliação técnica.



Monitor multiparametrico de cabeceira, tela de no minimo 14 polegadas, com ecg, respi-racao, temperatura (dois canais), oximetria de pulso, pressao nao invasiva, pressao invasiva (dois canais), possibilidade de expansao para debito cardiaco, capnografia e monitoracao de gases anesteticos. - deve ser composto de tela de resolucao minima de 1024x768 pontos, com display colorido, tela plana, lcd de matriz ativa ou tft de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no minimo 6 (seis) curvas e todos os dados alfanumericos disponiveis; - cada monitor multiparametrico deve ter capacidade de monitorar e processar no minimo 10 (dez) parametros, armazenando-os por no minimo 24 horas e apresenta-los em forma de curvas de tendencia com resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; - devera possuir interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central demonitoracao; - o modelo ofertado deve ser modular, de forma a permitir a troca, insercao, retirada de modulos pelo usuario; - deve ter possibilidade de selecao do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao na tela; - possuir alarmes audiovisuais; - deve armazenar na memoria as faixas de alarme selecionadas mesmo apos desligar o equi-pamento; - deve possuir rotinas de auto-teste e calibracao; - apresentar os menus e mensagens em portugues (brasil); - o monitor deve suportar descarga de desfibrilador e apresentar rapida recuperacao; - bateria recarregavel com autonomia minima de 60 minutos. - os parametros pre-configurados ou modulares que devem acompanhar cada monitor deve permitir as seguintes monitoracoes: ecg, respiracao, temperatura (dois canais), oximetria de pulso, pressao nao invasiva, pressao invasiva (dois canais). - o monitor deve possuir compatibilidade com modulos de capnografia, debito cardiaco e monitoracao de gases anesteticos, para eventuais expansoes futuras, de forma que seja pos-sivel acrescentar essas funcoes ao monitor somente encaixando os modulos. Deve possuir espaco para encaixe de dois modulos. Caso seja necessario rack para expansao para compor-tar os modulos adicionais, o rack deve ser entregue junto com o equipamento. - 1 - ecg e respiracao compatibilidade minima com cabos de 3 e 5 vias; derivacoes selecio-naveis: i, ii, iii, avr, avl, avf e v; aviso de falha no contato dos eletrodos; deteccao de mar-ca-passo; protecao para desfibrilacao e eletrocirurgia; ajuste de ganho (mv); velocidades de varredura ajustaveis minimas de 25 a 50 mm/segundo; faixa de medicao com indicacao no display de menor ou igual a 30 bpm ate valores maiores ou iguais a 250 bpm com erro ma-ximo nao superior a mais ou menos 5 bpm; frequencia respiratoria com indicacao no display na faixa cujo limite inferior seja 6 (seis) rpm (respiracao por



**Foccus distribuidora de equipamentos Ltda**  
 Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 It 27, 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO CEP: 74465-330  
**Telefone:** (62) 98120-0535/(62) 993343445  
**CNPJ:** 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046  
**Email:** matheus@centrooestehospitalar.com.br

**Foccus Hospitalar**  
 Sua saúde, nossa prioridade.

**Ao Órgão MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA. Pregão Eletrônico N° 32/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 6</b>					
6	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA, TELA DE NO MINIMO 14 POLEGADAS, COM ECG, RESPIRACAO, TEMPERATURA (DOIS CANAIS), OXIMETRIA DE PULSO, PRESSAO NAO INVASIVA, PRESSAO INVASIVA (DOIS CANAIS), POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA DEBITO CARDIACO, CAPNOGRAFIA E MONITORACAO DE GASES ANESTESICOS. - DEVE SER COMPOSTO DE TELA DE RESOLUCAO MINIMA DE 1024X768 PONTOS, COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD DE MATRIZ ATIVA OU TFT DE ALTO CONTRASTE, AMPLA VISIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE NO MINIMO 6 (SEIS) CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMERICOS DISPONIVEIS; - CADA MONITOR MULTIPARAMETRICO DEVE TER CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR NO MINIMO 10 (DEZ) PARAMETROS, ARMAZENANDO-OS POR NO MINIMO 24 HORAS E APRESENTA-LOS EM FORMA DE CURVAS DE TENDENCIA COM RESOLUCAO DE PELO MENOS 1 (UM) MINUTO; - DEVERA POSSUIR INTERFACE DE REDE, COM CAPACIDADE DE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL A UMA CENTRAL DEMONITORACAO; - O MODELO OFERTADO DEVE SER MODULAR, DE FORMA A PERMITIR A TROCA, INSERCAO, RETIRADA DE MODULOS PELO USUARIO; - DEVE TER POSSIBILIDADE DE SELECAO DO TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, COM INDICACAO NA TELA; - POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS; - DEVE ARMAZENAR NA MEMORIA AS FAIXAS DE ALARME SELECIONADAS MESMO APOS DESLIGAR O EQUIPAMENTO; - ... CONFORME EDITAL	UN	1,00	15.500,00	15.500,00
<b>MARCA:</b> CREATIVE <b>MODELO:</b> K-12					

Imagens retiradas do termo de referência e proposta da FOCCUS

## 2.2.6. DA 6ª COLOCADA

**EMPRESA: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

**MARCA: BIOLHIGT**

**MODELO: M12**

É solicitado no Termo de Referência: “MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA, TELA DE NO MINIMO 14 POLEGADAS”.

No termo de referência solicita equipamento com tela de no mínimo 14 polegadas, entretanto o modelo ofertado possui tela de 12,1 polegadas. Consequentemente não atende a solicitação como demonstrado abaixo.



### A.5.1 Display

Display Integrado		
Tipo:		LCD TFT Colorido
M10	Dimensão (Diagonal):	10,1 polegadas
	Resolução	1024×600 pixels
M12	Dimensão (Diagonal):	12,1 polegadas
	Resolução	1280×800 pixels
Display Externo		
Tipo:		LCD TFT Colorido

Imagem retirada do manual do modelo M12 - página 4

#### 2.2.7. DA 7ª COLOCADA

**EMPRESA: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

**MARCA: CMOS DRAKE**

**MODELO: NÃO INFORMADO**

A priori, cumpre destacar que a COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA não informou o modelo do equipamento ofertado. A ausência dessa informação impede a verificação da conformidade do equipamento com as especificações técnicas. Assim a Recorrida cometeu vício insanável, incompatível com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve ensejar na imediata desclassificação.

A falta desse dado fere o item 8.6 do edital, conforme se verifica a seguir:

A apresentação da proposta implica na declaração de conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação, vinculando a licitante às informações apresentadas, tais como marca, **modelo**, tipo, fabricante e procedência, entre outras. Grifo nosso.

A classificação da proposta atesta o atendimento a todos os requisitos do edital, tanto os materiais (especificações técnicas, marca, modelo) quanto os formais (clareza, objetividade, conformidade).

Outrossim, a proposta indeterminada como é o caso em questão, sem a indicação precisa do objeto, gera incerteza e impede a adequada comparação entre as propostas. De modo que a tentativa de alterar o objeto após a adjudicação viola o princípio da vinculação ao instrumento.

Com esse panorama, a proposta apresentada pela empresa Recorrida não pode ser aceita pois não preenche os requisitos materiais e formais. Logo, a indicação precisa do modelo é fundamental para garantir a transparência e a igualdade entre os concorrentes, prevenindo vícios e irregularidades no processo licitatório.

Neste jaez, a apresentação de proposta destoante das condições estipuladas no edital e/ou desprovida de viabilidade formal, deve ensejar, necessariamente, a sua desclassificação. Quer dizer que, em contraponto, a aceitação de proposta que contenha tais vícios, representa flagrante e grave ilegalidade, com violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao ato convocatório.

Cumprir destacar que a proposta não pode deixar margens para variações, sendo imprescindível identificar precisamente o modelo do equipamento. De modo que, a proposta indeterminada, não pode ser aceita justamente porque não garante a Administração Pública a exatidão daquilo que irá receber no momento da execução.

Importante deixar consignado que o proponente não tem autonomia sobre a proposta uma vez que esta é apresentada; não está autorizado a modificar seus termos ou características do objeto a seu próprio nuto, pouco importando o motivo alegado. A proposta deve ser formulada com responsabilidade de maneira que a mesma possa ser cumprida em seus exatos termos.

A empresa que cota um produto e, após sagrar-se vencedora, tenta entregar outro, viola o direito dos demais licitantes, que perderam a disputa em razão de um produto que não será o objeto da contratação.

Cabe ressaltar, mais uma vez, que o Edital, conforme já fora exposto, está intimamente ligado aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Competitividade. Com efeito, a empresa licitante deverá ser desclassificada pelos motivos expostos acima.

Por igual, o momento para verificar o conjunto de informações e documentos para demonstrar a capacidade do licitante, bem como de realizar o objeto da licitação é ainda na fase de habilitação, não cabendo comprovação futura.

Além do mais, é solicitado no Termo de Referência: “FREQUENCIA RESPIRATORIA COM INDICACAO NO DISPLAY NA FAIXA CUJO LIMITE INFERIOR SEJA 6 (SEIS) RPM (RESPIRACAO POR MINUTO) E CUJO LIMITE SUPERIOR SEJA NO MINIMO 140 (CENTO E QUARENTA) RPM, INCLUINDO-SE NESTA FAIXA OS DOIS EXTREMOS”.

Através de um comparativo completo dos itens solicitados em Edital e dos possíveis modelos da marca indicada, constata-se que nenhum dos modelos da família Abraham (Elijah, Isaiah) e DAVID atendem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, vejamos:

#### ESPECIFICAÇÃO RESP

Método de Medição	Impedância R-F (RA-LL)
Impedância diferencial de entrada	> 2,5 MΩ
Medição da faixa de impedância	0,3 ~ 5 Ω
Faixa de impedância de linha de base	0 ~ 2,5 KΩ
Largura de banda	0,3 ~ 2,5 Hz
Faixa de medição	<b>Adulto</b> 0 ~ 120 RPM <b>Neonatal/Pediátrico</b> 0 ~ 150 RPM
Resolução	1 RPM
Precisão	±2 RPM
Alarme de Asfixia	10 ~ 40 segundos

Imagem retirada do manual dos modelos ABRAHAM: MODELOS ABRAHAM, ELIJAH E ISAIAH - página 127

### Especificação RESP

Método de Medição	Impedância RA-LL
Faixa de Medição de Impedância RESP	0,3~3Ω
Faixa de Impedância Base	200~4000Ω
Largura de banda	0,1~2,5Hz
Frequência de RESP	
Adulto	0~120 BrPM
Crianças e bebês recém-nascidos	0~150 BrPM
Resolução	1 BrPM
Precisão	±2 BrPM
Alarme de Asfixia	10~40 segundos

Imagem retirada do manual do modelo DAVID - página 125

O termo de referência estabelece claramente a necessidade de equipamentos com faixa de frequência respiratória de 6 a 140 rpm. A análise técnica dos equipamentos propostos pela empresa demonstra que a faixa de frequência respiratória máxima é de 120 rpm para pacientes adultos, o que configura uma não conformidade com o edital.

Dessa forma, diante das graves ilegalidades aqui constatadas, havendo grave desrespeito à legislação e seus Princípios Legais, a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA apresenta suas razões recursais, a fim de que sejam as empresas Recorridas desclassificadas, em razão do não atendimento técnico ao disposto em Edital e do comprovado desrespeito aos princípios licitatórios, para que sejam consideradas as demais propostas que atendem adequadamente aos requisitos estabelecidos no certame.

### III. DO PEDIDO

Ante ao exposto, **REQUER** seja recebido o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** a fim de que seja a classificação do pregão revista, **em razão da grave ilegalidade e desrespeito às exigências e características do descritivo dos itens ofertados, ao artigo 5º da Lei 14.133/21 e, ainda, art. 37,**

**XXI da Constituição Federal**, que trata do dever de respeito aos princípios da administração pública, sob pena de incorrer em flagrante ato de improbidade administrativa.

Ato contínuo, visando que o Edital seja atendido na sua INTEGRALIDADE, pautando-se especialmente nos princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Competitividade, bem como a Constituição Federal e a Lei nº. 14.133/2021, requer que seja recebido o presente recurso, porque tempestivo, assim como seja o mesmo julgado procedente, a fim de que sejam declaradas as desclassificações das licitantes em questão, por terem ofertado equipamentos que não atende as exigências estabelecidas pela Administração Pública, no Pregão Eletrônico n.º 32/2024. Por conseguinte, o retorno do pregão a fase de classificação das propostas, convocando o próximo licitante mais bem colocado.

Por fim, requer que o presente recurso seja recebido no seu efeito suspensivo, assim como, no caso de não reconsideração do ato, seja o mesmo remetido à Autoridade Superior, com a sua motivação, nos termos do art. 168 e § 2º, do art. 165 da Lei nº. 14.133/2021.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Piracanjuba – Goiás, 26 de setembro de 2024.

**ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ N.º. 40.014.621/0001-49**

