

AO
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
GESTÃO 2017/2020
Piracanjuba – GO

REF.: PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 919/18.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL, PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL THUANY GARCIA RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO, DE ACORDO, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54, representante exclusiva da Canon Medical Systems Corporation, vem **tempestivamente** nos termos do Art. 41 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações **REQUERER REVISÃO DO EDITAL** da licitação em epígrafe, visando fazendo-o pelos motivos de fato e de direito que passamos a expor:

I **DO PREÂMBULO**

Constitui objeto deste Pregão Presencial, a Aquisição de Equipamento de Raio-X Fixo Digital.

II **DA SÍNTESE DOS FATOS**

Ao analisarmos as especificações técnicas presentes no Anexo I - Termo de Referência- ITEM 01 - EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL, verificamos a necessidade do processamento de retificações, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Logo, com ensejo maior que este órgão público analise o maior número de propostas e consequentemente escolher a mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Piracanjuba.

Convém, ainda, ressaltar, que a descrição do edital restringe a participação de todas as empresas uma vez que contém itens que não podem ser atendidos por todos, sendo necessárias as alterações e revisões para que todas as empresas possam participar deste pleito, consagrando, assim, os princípios de Isonomia, Competitividade e Igualdade, presente nos certames públicos.

III **NO MÉRITO:**

Apresentamos abaixo de forma objetiva a revisão que merece ser analisada e posteriormente deferida na especificação técnica do no Anexo I - Termo de Referência- ITEM 01 - EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL.

De: Gerador de raios-x microprocessador de alta frequência; Potência mínima de 54kW;
Para: Gerador de raios-x microprocessador de alta frequência; Potência mínima de 50kW com exposição de 80KV a 630mA por 0,1 segundo;
Motivo: Da nova forma descrita ampliará a concorrência por aceitar mais participantes.

De: Bucky com grade fixa;
Para: Bucky com grade fixa 70lp/cm ou oscilante 40lp/cm;
Motivo: Sistemas mais simples possuem grade fixa e sistemas mais sofisticada grade móvel, porém se não estiver descrito, poderá acarretar intercorrências e atrasos no processo, pois se uma empresa vencedora ofertar grade oscilante (melhor) poderá ser alvo de recursos administrativos.

De: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa;
Para: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa 70lp/cm ou oscilante 40lp/cm
Motivo: Sistemas mais simples possuem grade fixa e sistemas mais sofisticada grade móvel, porém se não estiver descrito, poderá acarretar intercorrências e atrasos no processo, pois se uma empresa vencedora ofertar grade oscilante (melhor) poderá ser alvo de recursos administrativos.

De: Capacidade de carga de no mínimo 200 kg;
Para: Capacidade de carga de no mínimo 150 kg;
Motivo: Pacientes com mais de 150kg tem dificuldade de serem pesados e confirmados (balanças comerciais em geral vão até 150Kg), assim gerando maior risco de dano ao paciente e equipamento.

De: Estativa porta tubo de raios-x: Tipo chão-mesa ou chão-chão;

Para: Estativa porta tubo de raios-x: Tipo chão-mesa, chão-teto ou chão-chão;

Motivo: Da nova forma descrita ampliará a concorrência por aceitar mais participantes.

De: Peso máximo de 3 kg; Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2430 pixels ou maior; / Tamanho máximo do pixel de 175 µm

Para: Peso máximo de 3,5 kg; Matriz ativa de no mínimo 2400 x 2900 pixels ou maior; / Tamanho máximo do pixel de 150 µm

Motivo: O ponto de 175 micrometro é ligeiramente grande diminuindo a resolução da imagem que no edital original seria de 4,8megapixel, sugerimos aumentar para dar melhor imagem ao sistema com pixel de 150 ou inferior e matriz de 7megapixel.

De: Para detectores fixos: um detector no bucky mural e um detector na mesa; Para detectores móveis: um detector, sem fio, que permita exames no bucky mural, no bucky da mesa ou fora da mesa

Para: Para detectores fixos: um detector no bucky mural e um detector na mesa; Para detectores móveis: um detector, que permita exames no bucky mural, no bucky da mesa ou fora da mesa

Motivo: Da nova forma descrita ampliará a concorrência por aceitar mais participantes.

De: Monitor LCD de no mínimo 23" polegadas e sensível ao toque (touchscreen); Estação de trabalho com configuração mínima: processador core i5 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM;

Para: Monitor LCD de no mínimo 19" polegadas; Estação de trabalho com alta performance que permita a visualização das imagens finais em menos de 5 segundos e armazenamento Hard Disk de ao menos 5.000 imagens;

Motivo: Da forma descrita direciona a determinado fabricante e não garante a performance do sistema, na nova redação amplia a competitividade e delimita a performance mínima do sistema

IV**DO PEDIDO:**

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de revisão da descrição técnica com as alterações nos itens mencionados acima para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este Órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Blumenau (SC), 26 de março de 2018.

Marly Sayuri Eishima

MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0013-54

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

**Rua Business Park, 97 - Galpão 01
Itoupava Central - CEP 89069-145**

BLUMENAU - SC



1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri

Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião



LIVRO 953 - PÁGINAS 295/296 - 1º TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.



SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos **treze (13)** dias do mês de **março (03)** do ano de **dois mil e dezoito (2018)**, da Era Cristã, o Escrevente do Primeiro Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri, Estado de São Paulo, dirigiu-se em diligência a Avenida Ceci, 328, Tamboré I, neste município, atendendo a solicitação da OUTORGANTE, **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.563.938/0001-10, com sede à Avenida Ceci, 328, Tamboré I, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-120, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35/202.185.787, em sessão de 16/04/1974, com sua Consolidação Contratual formalizada através da Sexagésima Sétima Alteração do Contrato Social datada de 26/02/2018, registrada na JUCESP sob n.º 108.995/18-5, em sessão 02/03/2018, cujas cópias autenticadas acompanhadas da Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP em 12/03/2018, ficam arquivadas nestas notas em pasta própria de 011/2018, folhas 194/214, sendo neste ato nos termos da Cláusula 7ª, Parágrafos 1º e 2º do contrato social consolidado mencionado, representada pelo Diretor Presidente, senhor **FLAVIO HENRIQUE GOMES PINHEIRO MARTINS**, RG. M-3.620.135-SSP/MG, CPF/MF. 653.593.996-00, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri/SP. O presente reconhecido e identificado como sendo o próprio de quem trata, do que dou fé. O representante legal da mandante declara - sob responsabilidade civil e penal - que não há qualquer alteração contratual posterior a mencionada acima. Então, pela outorgante na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante **procuradora MARLY SAYURI EISHIMA**, RG 18.157.997-2-SSP/SP, CPF/MF 110.896.598-90, brasileira, casada, Gerente de Vendas Públicas, com endereço profissional na Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri/SP, a quem confere poderes para representar a empresa outorgante perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Ministérios, Secretarias, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Fundações Públicas ou Privadas, Empresas Públicas, nas licitações do tipo: concorrências públicas, Pregões, Tomadas de Preço ou Convites; podendo para tanto participar das licitações oferecendo produtos comercializados pela outorgante nas quantidades e prazos solicitados, impetrar ou desistir de recursos, apresentar lances e negociar preços, nas licitações na modalidade Pregão e demais tipos; retirar editais, formulários, empenhos, solicitar vistas de processo podendo requisitar peças, certidões, extratos, credenciar representantes, com os mesmos poderes a ele conferidos, atender as exigências formuladas nos editais, anuir, transigir ou renunciar em nome da Empresa, receber notificações e



01072602482777.000234977-3
P:08990 R:001977

Ubiratan Pereira Guimarães
1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Alameda Grajaú, 279 - Alphaville - Cep 06454-050 - Fone/Fax: 11-4166.7777
tabeliao@tabeliao.debarueri.com.br - www.tabeliao.pdebarueri.com.br

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELIAO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 14 MAR. 2018 PORATO
R\$ 3.45



AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPRODUZIDA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FE.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER AUTENTICACAO, TAMBEM OU DIVERSA, INVALIDAM ESTE DOCUMENTO.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

PÁG. 02/02 - intimações e demais poderes, praticando todos os atos permissíveis e necessários para defesa dos interesses da outorgante. Esta procuração, ficara revogada na data em que for rescindido o Contrato Individual de Trabalho, ora existente entre a outorgante e a outorgada. Deverá a mandatária ora constituída obedecer rigorosamente às cláusulas do Contrato Social da mandante, de cujo teor tem pleno conhecimento. O nome e qualificação da procuradora foram fornecidos pelo representante da outorgante que se responsabiliza por qualquer equívoco. Assim o disse e dou fé. Pediu-me e eu lhe lavrei a presente, que sendo lida, foi achada conforme, pelo que outorga, aceita e assina. Dou fé. Eu (a) ARIANE ARAUJO FAVERANI, Escrevente, a lavrei. Eu (a) UBERDAN PEREIRA GUIMARÃES, Tabelião Substituto, a) subscrevo. Barueri, 13 de março de 2018. Emolumentos: Ao Tabelião R\$261,48 - Ao Estado R\$74,30 - Ao IPESP R\$50,84 - Ao Município R\$5,22 Ao Ministério Público R\$12,54 - Ao Registro Civil R\$13,76 - Ao Tribunal de Justiça R\$17,94 - À Santa Casa R\$2,62 - Total R\$438,70 - Guia nº 049/2018. - (aa) p/CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. - FLAVIO HENRIQUE GOMES PINHEIRO MARTINS. - UBERDAN PEREIRA GUIMARÃES - Tabelião Substituto. - Emolumentos recolhidos na forma da Lei: NADA MAIS E DOU FE. Porto por fé que este traslado é cópia fiel do ato lavrado nestas notas no Livro 953, as páginas 295/296. Eu, *[assinatura]* ARIANE ARAUJO FAVERANI, Escrevente, expedi o presente traslado. Eu, *[assinatura]* UBERDAN PEREIRA GUIMARÃES, Tabelião Substituto, conferi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO " DA VERDADE

= UBERDAN PEREIRA GUIMARÃES =
= Tabelião Substituto =

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BARUERI - SP
Uberdan Pereira Guimarães
Tabelião Substituto

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBERDAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 14 MAR. 2018 POR ATO
R\$ 3,45

ATENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA REDUZIDA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELDO DE AUTENTICIDADE.



0107A S 0145814