

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE**

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 01753.396000/1140-01

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CNPJ 01.753.396/0001-00	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	
Endereço Completo C OLINTO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 75640000	UF GO	Município PIRACANJUBA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
28910006 - R\$ 237.990,00 - CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	/-	CNES:	2382490
Endereço:	AVN EXP JOVINO ALVES DA SILVA - POUSO ALTO, CEP:75640000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA	CNES:	2382490
---------------------------	-----------------------------------	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

- CONSULTAS CLÍNICAS: 1.990/MÊS - CONSULTAS ORTOPÉDICAS: 230/MÊS - CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA: 180/MÊS -
ULTRASSONOGRAFIAS: 280/MÊS - EXAMES LABORATORIAIS: 1950/MÊS - RAIOS-X: 670/MÊS - SUTURAS: 145/MÊS

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

24026, 24026

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ambiente: Farmácia	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	950,00	950,00
Geladeira/ Refrigerador	Especificação		
Característica Física	MÍNIMO DE 300 LITROS		
CAPACIDADE	Especificação Técnica		
Ambiente: Sala de Observação			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cameta Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	10	2.400,00	24.000,00
Característica Física	Especificação		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
APLICAÇÃO	ADULTO		
MANIVELA	03		
LEITO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS	POLIPROPILENO / SIMILAR		
ESTRUTURA	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHÃO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Refeição	45	350,00	15.750,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMPO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
PÉS	4 PÉS EM PONTEIRAS		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Atendimento Individual

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	5	500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	SEM GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	5	1.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUORTE DE SORO	NÃO POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	COLCHONETE		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Acolhimento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biômbo	5	400,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Diferenciado (Oftalmo, Otorrino, etc.)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	40	95,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	110,00	110,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFEÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
REGULAGEM DE ALTURA		POSSUI	
ASSENTO/ ENCOSTO		ESTOFADO	
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto Coletivo de Curta Duração			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	30	190,00	5.700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	4	950,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS	REMOVÍVEL		
PÉS	REMOVÍVEL		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 110KG A 160KG		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Curativos/Suturas e Coleta de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	110,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Aplicação de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	15	190,00	2.850,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TIPO	PAREDE		
Especificação Técnica			
Ambiente: Enfermaria de Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira	45	500,00	22.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
GAVETAS	POSSUI		
PORTAS	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Recuperação Pós-Anestésica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	2	500,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		

COMPOSIÇÃO		3 LÂMINAS CROMADAS	
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	3	1.560,00	4.680,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	ATÉ 3 LITROS		
SUORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
PEDAL DE ACIONAMENTO	POSSUI		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	10	1.500,00	15.000,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 18000 BTU		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	50.000,00	50.000,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA	POSSUI		
MONITOR	COLORIDO		
TIPO DE MONITOR	LCD		
AGENTES ANESTÉSICOS	POSSUI		
CAPNOGRAFIA (ETCO2)	POSSUI		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI		
ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	POSSUI		
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI		
PRESSÃO INVASIVA (PI)	POSSUI		
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI		
RESPIRAÇÃO	POSSUI		
TEMPERATURA	POSSUI		
TAMANHO DA TELA	DE 10" A 12"		
DÉBITO CARDÍACO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	2	200,00	400,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Anestesia	1	68.000,00	68.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS é Monitor com tela de Display de Cristal Líquido Colorido Touch Screen, e Menu de Navegação auto-explicativo que facilita a interface usuário-máquina. é Ventila neonatos até adultos obesos, com sensor de fluxo universal, sem necessidade de substituição, garantindo pleno desempenho, segurança, confiabilidade e eficiência. é Pode ser fornecido com 1 ou mais Vaporizadores Calibrados, (Sevoflurano, Isoflurano, Desflurano, Halotano ou Enflurano), com suporte de engate rápido, tipo Selectatec. é Opcionalmente, com Vaporizador Multi Agente Interativo Microprocessado. é Sistema de bateria interna de emergência com autonomia de até 120 minutos. é Bloco de Rotâmetros: 3 Gases 6 Colunas. é Sistema Yoke, para cilindro de reserva de emergência (O2, N2O ou Ar Comprimido). é Filtro circular nas versões esterilizáveis, autoclaváveis ou totalmente autoclaváveis a vapor. **CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS** é Pannel traseiro com 4 tomadas auxiliares. é Alimentação Elétrica: 90 a 240 Vac, bi volt automático. é Bateria interna com autonomia de 120 minutos. é Proteção individual por fusíveis em todas as tomadas. é Cabo de alimentação elétrica com 5 metros de comprimento. é Padrão das tomadas e plugs conforme ABNT. **MÓVEL** Inoxidável, confeccionado em alumínio com pintura eletrostática a pó, de alta resistência, acabamento revestido com polímero de alto impacto. 04 Rodízios emborrachados com travas nas duas rodas dianteiras. Mesa de trabalho com tampo em aço Inox. Entrada de Gases Padrão ABNT para O2, N2O e Ar Comprimido. Prateleira superior para monitores. Suporte móvel para Bolsa Reservatório. Gabinete com 3 gavetas deslizantes, com chave. Saída comum de gases do tipo engate rápido. Puxador para transporte. Suporte para extensões. Suporte lateral para monitor (opcional). **VENTILADOR MICROPROCESSADO** Servo-ventilador pulmonar microprocessado com monitoração de ventilação integrada. Monitor com tela colorida, display em LCD com back light interno, tipo Touch Screen. Navegação auto-explicativa através de botão rotativo. Manômetro de pressão Inspiratória com escala de 10 a 100 cmH2O (bargraph). Possui proteção contra Apnéia, disparando a ventilação controlada de reserva (ventilação de back-up). **Complacência Dinâmica e Estática.** Resistência das Vias Aéreas (RAW). Sistema de auto-teste que executa toda a rotina de verificação do equipamento. Modalidades Ventilatórias: é VCV - Ventilação Controlada por Volume. é PCV - Ventilação Controlada por Pressão. é VCV/A - Ventilação Controlada por Volume Assistida. é PCV/A - Ventilação Controlada por Pressão Assistida. é SIMV/V - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Volume. é SIMV/Pressão - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Pressão. é CPAP - Ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas. é PSV - Ventilação com Pressão de Suporte. é VRI - Ventilação com Relação Invertida. é MANUAL - Ventilação Manual. é ESPONTÂNEA - Ventilação Espontânea. **Monitoração com Ajustes e Indicações Digitais:** é Pressão de Platô: exibição de 0 a 100 cmH2O. é Volume Minuto Inspirado: de 0 a 100 L/min. é Volume Minuto Expirado: de 0 a 100 L/min. é Volume Corrente: 5 a 2000 ml sem a necessidade de substituição de câmpula ou sensores de fluxo. é Gráfico: Curvas da Mecânica Respiratória PxT, FxT, VxT, FxV, VxP e Loops: VxP e FxV, exibição gráfica em tela colorida. é Fração Inspirada de O2 (FiO2): 14 a 100%. é Fluxo de Gases Frescos: 0 a 25 L/m. é Pressão das Vias Aéreas: 0 a 100 cmH2O. é Peep Eletrônico: 0 a 60 cmH2O. é Fluxo inspiratório: 0 a 120 L/min. é Frequência Respiratória: 1 a 150 rpm. é Relação I/E Direta: 1:0,1 a 1:99,9. é Relação I/E Inversa: 1:99,9 a 1:0,1. é Pressão Máxima: 0 a 100 cmH2O. é Pressão Média: exibição de 0 a 100 cmH2O. é Pressão Mínima: exibição de 20 a 100 cmH2O. é Pressão de Suporte: 0 a 50 cm H2O. é Sensibilidade - trigger por fluxo: 0 a 30 l/min. é Sensibilidade - trigger por pressão: 20 cmH2O a 0 cmH2O. é Pausa Inspiratória (platô): 0% a 70%. Alarmes: O Aparelho de anestesia dispõe de um completo sistema de alarmes. A janela de mensagem exibe todos os alarmes que estão ocorrendo, bem como seu grau de prioridade. é Pressão Inspiratória: 0 a 120 cmH2O. é Volume minuto: 0 a 99,9 L. é Volume Corrente. é Frequência: 1 a 180 rpm. é FiO2: Alta e baixa. é Apnéia: 0 a 60 seg. é Energia Elétrica: Falta de energia elétrica. é Fonte propulsora: Falta ou baixa pressão da fonte propulsora (O2 ou Ar Comprimido). é Bateria-Bateria fraca, abaixo de 30% da capacidade. é Desconexão: Desconexão do sistema primário. é Ventilação de Back-up. é Fuga no ramo inspiratório. **VAPORIZADOR CALIBRADO** é Confeccionado em material inoxidável; Calibrado Individualmente e ponto a ponto; adequado para administração de anestesia de baixo fluxo. Permite o ajuste da concentração desejada de forma direta através de um dial localizado na parte superior do aparelho; Possui sistema de compensação automática que garante a estabilidade da concentração ajustada mesmo com a variação do fluxo, pressão, temperatura. Reservatório com capacidade de 340ml. é Escala de volume de 0 a 8% para Sevoflurano. é Escala de volume de 0 a 5% para Isoflurano, Enflurano e Halothano. é Sistema de abastecimento e drenagem de fácil utilização, sem a necessidade de ferramentas. é Acoplamento (suporte): Dispositivo de Acoplamento: SES é Tipo engate rápido, permite o acoplamento de 02 vaporizadores calibrados em paralelo com sistema de segurança que impede o funcionamento simultâneo dos vaporizadores. Vaporizador Multi Agente Interativo (opcional): Vaporizador microprocessado para o uso de múltiplos agentes anestésicos voláteis (Sevoflurano, Isoflurano, Halotano e Enflurano), com controle de concentração através de fluxômetro que interage através dos dados do display eletrônico (Fluxo x Concentração x Temperatura) de fácil operação e leitura. Equipado com sistema de segurança, Câmara de borbulhamento transparente (capacidade de 100 ml), Válvulas de retenção, Chave liga/desliga e Rotâmetro com escalas de 0 a 0,600 L/min para baixo fluxo e 0,700 a 2,200 L/min para alto fluxo. **ROTÂMETRO ELETRÔNICO** Gases: Ar Comprimido, N2O e O2. Escalas: Para Alto e Baixo fluxo (O2, N2O e Ar Comprimido). Faixa das Escalas: é Baixo Fluxo: O2/N2O/Ar = 0 a 2 L/min (± 10% da leitura). é Alto Fluxo: O2/N2O/Ar = 2,5 a 12 L/min (± 10% da leitura). é Back light de alta intensidade. Escalas Especiais: Baixo Fluxo: 0 a 1 L/min Alto Fluxo: 0 a 15 L/min Opcional: é Rotâmetro eletrônico com indicação digital com escalas (O2, N2O e Ar) de 0 a 14L/m. **FILTRO VALVULAR** Filtro Valvular com absorvedor de CO2 integrado com o Ventilador e o Sistema de Gases Frescos. Comutação: A comutação da ventilação manual e mecânica é feita através de chave Manual/ Mecânica. Válvula limite de pressão: graduada de 0 e 70 cmH2O, (APL) que garante fidelidade do volume corrente e Segurança ao paciente. é Entrada de gases frescos (FGF). é Canister transparente com capacidade de até 1100g de Absorvedor de CO2, podendo ser duplo com capacidade de até 2200g. é Dispositivo para dreno. é Válvulas unidirecionais transparentes para Inspiração e Expiração. Bolsa Reservatório de 5 Litros. é Traquéias em silicone com ípsilon e cotovelo. Máscara. é Válvula de Alívio da Bolsa Reservatório (pop-off). é Fole em Silicone, autoclavável, indeformável, para volume corrente de 5 até 2000ml. é A monitoração da espirometria do paciente também pode ser feita no modo de ventilação manual. é Sistema anti-poliuição. é Circuito livre de látex. é Sistema de exaustão de gases. **SEGURANÇA** O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança: é Válvula reguladora de Fluxo que garante uma relação na mistura de no mínimo 25% de O2 na mistura O2/N2O. é Válvula comutadora de pressão que corta automaticamente o fluxo de N2O na falta pressão de O2. é Sistema de exaustão, garante a lavagem constante no interior do rotâmetro e evita o acúmulo de gases no seu interior em caso de vazamentos. é Chave selecionadora de gás O2 + AR ou O2 + N2O, sistema que impede a mistura de AR/N2O. é Todos os botões de comando contam com proteção de 360 graus, contra acionamento acidental. é Válvulas reguladoras de pressão incorporadas. é Tubulações nos diâmetros e cores padronizadas, para uma fácil identificação e segurança. é Fluxo de O2: Válvula de Fluxo direto de O2, calibrada em 70L/min. é Manômetros Para monitorar as fontes de gases. Alarme auditivo e visual de baixa pressão de O2. é Alarme Auditivo e Visual para: Baixa pressão da fonte de O2. Defeito no exaustor de gás.

as.

Ambiente: Sala para Pré-parto/Parto/Pós-parto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	350,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
HASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Plantão para Funcionários e Alunos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Comum (não hospitalar)	4	550,00	2.200,00

Característica Física		Especificação	
TIPO		BELICHE	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
ACESSÓRIO(S)		COLCHÃO	
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera para Público			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bongarina	2	300,00	600,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE ASSENTOS		03 LUGARES	
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	246	237.990,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
246	237.990,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
005444	PIRACANJUBA
ENDEREÇO	
R.DOM PEDRO SEGUNDO,574 CENTRO CEP:75640000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de compromisso ubs piracanjuba.pdf