



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DECISÃO

**Pregão Presencial nº 22/2021
Processo Administrativo nº 91082/2021**

A Pregoeira Oficial do Município de Piracanjuba/GO, nomeada pelo Decreto nº 281, de 19 de abril de 2021, no uso de suas atribuições legal e:

a) CONSIDERANDO a realização da sessão pública dos autos do Pregão Presencial nº 22/2021 no dia 20 de julho de 2021 onde o representante da Empresa **Dismart Distribuidora Hospitalar Eirele-ME.**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.688.692/0001-61, Sr. Danilo Vieira Silva Souza questionou que as marcas apresentadas pelas em



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Item	Especificação	Und	Qtd
281	Atadura de crepom 10 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm2 - (confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal).	Pct	2.320
282	Atadura de crepom 12 cm x 1,25m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm2 - (confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal).	Pct	1.800
283	Atadura de crepom 20 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm2 - (confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal)	Pct	3.220
284	Atadura de crepom 15 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm2 - (confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal).	Pct	2.520

Abre-se então prazo recursal, conforme art. 4º, XVIII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Notifique-se;

Publique-se;

Sem mais.

Piracanjuba/ GO, aos 22 dias do mês de julho de 2021

JACQUELINE SILVA
CAMPOS:03197552
156

Assinado de forma digital por
JACQUELINE SILVA
CAMPOS:03197552156
Dados: 2021.07.22 15:08:05
-03'00'

Jacqueline Silva Campos

Pregoeira Oficial

Piracanjuba, 22 de julho de 2021.

Ilma. Sra.

Jacqueline Silva Campos

Pregoeira Oficial do Município de Piracanjuba

Venho por meio deste em resposta à solicitação de Piracanjuba das propostas dos itens 281/ 282/ 283 e 284 dos autos do Processo Administrativo protocolado sob o nº 91082/2021, autuado na modalidade de licitação Pregão Presencial nº 22/2021 – Sistema de Registro de Preços – do Tipo Menor Preço por Item, com, objetivando a aquisição eventual e sob demanda de Materiais Médicos e Hospitalares para suprir as demandas das Unidades de Saúdes ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.

Foi encaminhada à Sra. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, inscrita no CPF sob o nº 895.862.391-87 ocupante do cargo de ENFERMEIRA EFETIVA DO MUNICÍPIO, documentação pertinente para realização da análise.

RECEBEMOS

na data 22/07/21 às 13:44 hrs

Dito isto, segue dados referente à análise realizada:


 Departamento de Licitação

Item	Especificação	Dados da Análise
281	Atadura de crepom 10 cm x 1,25 m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm ² - (confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal).	<p>Marca: ANDREONI Resultado da análise: Não atende ao mínimo exigido no Edital, <u>não é confeccionada em tecido 100% em algodão cru, são fabricadas em tecido misto com grande distância entre os fios, consequentemente aumentando o consumo. Além de não possuir elasticidade adequada.</u></p> <p>Marca: BIOTEXTIL Resultado da análise: Não atende ao mínimo exigido no Edital, <u>em especial a quantidade de fios, são fabricadas em tecido misto com grande distância entre os fios, consequentemente aumentando o consumo. Além de não possuir elasticidade adequada.</u></p>
282	Atadura de crepom 12 cm x 1,25m pacote com 12 unidades - 13 fios/cm ² - (confeccionadas em	<p>Marca: ANDREONI Resultado da análise: Não atende ao mínimo exigido no Edital, <u>não é confeccionada em</u></p>



 Departamento de Licitação



tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e flexibilidade.	tecido 100% em algodão cru, são fabricadas em tecido misto com elastano.
--	---

Em conclusão, as propostas com a marca **ANDREONI**, não atendem ao mínimo exigido no Edital conforme tabela acima, não é confeccionada em tecido 100% em algodão cru; são fabricadas em tecido misto com grande distância entre os fios, consequentemente aumentando o consumo. Além de não possuir elasticidade adequada. a proposta com a marca **BIOTEXTIL** em especial a quantidade de fios, são fabricadas em tecido misto com grande distância entre os fios, consequentemente aumentando o consumo. Além de não possuir elasticidade adequada, sendo que as marca **ANDREONI** e **BIOTEXTIL** não atendem ao mínimo exigido no Edital conforme tabela acima, devendo as mesmas serem desclassificadas dos autos do Pregão Presencial nº 22/2021.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.


Trizia Magalhães Teles de Moura
Secretaria Municipal de Saúde
Piracanjuba, 08 de Maio de 2021

Trízia Magalhães Teles de Moura
Secretária Municipal de Saúde de Piracanjuba
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Juliana de Oliveira Lima
Enfermeira Efetiva do Município
Coordenadora Geral da Atenção Básica


Juliana de Oliveira Lima
Diretora Geral de Atenção Básica
Decreto Nº 077/2021